





## 가스메타 교정주기

| Gas Meter System                                                                                                | UK                        | Germany                                             | NL  | Italy       | France               | Japan                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------------------|
| Diaphragm Meter<br>            | 5 년<br>(+ 20)             | $\leq$ G10: 8(+ 4)<br>Sample 검사<br>$\leq$ G16: 16 년 | ?   | 교정주기<br>없 다 | 20 년                 | □ G10: 10<br>□ G16: 7 년 |
| Rotary PD Meter<br>           | 3 년<br>(+ 20)             | G16~1000<br>16 년                                    | 5 년 | 교정주기<br>없 다 | 5 년<br>9 교정 후<br>15) | 7 년                     |
| Turbine Meter<br>            | 매년<br>Spin test<br>(+ 15) | 무급유: 8 년<br>$\leq$ 2500: 12<br>□ 4000~<br>6500: 16  | 5 년 | 교정주기<br>없 다 | 5 년<br>9 교정 후<br>15) | 7 년                     |
| Converter                                                                                                       | ?                         | 5 년                                                 |     | 2 년         | 1 년                  |                         |
| Differential Press Meter<br> | 매년<br>(+ 15)              | 4 년                                                 |     | 교정주기<br>없 다 | ?                    | ?                       |
| Vortex Meter<br>             | ?                         | 12 년                                                |     | 교정주기<br>없 다 | ?                    | ?                       |